



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 34- 2011

RETIRO VOLUNTARIO DE EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES

DROGUERIA LABORATORIOS BAXTER DEL PERU

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, del sector público y privado y al público en general lo siguiente:

La Droguería Laboratorios Baxter del Perú S.A., ha comunicado a DIGEMID, el recojo voluntario de los lotes que se detallan a continuación, del Equipo para Administración de Soluciones, en toda la cadena de distribución comercial. Asimismo informa que esta acción se debe a un evento presentado en las operaciones de manufactura de los laboratorios BAXTER S.A. de Colombia, por una modificación realizada al molde de la llave de marco rodillo, lo cual alteró algunas dimensiones de la llave, causando un mal funcionamiento de acople entre el marco y el rodillo.

TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO: Droguería Laboratorios Baxter del Perú S.A.

FABRICANTE : Laboratorios Baxter S.A. - Colombia.

Nombre	R.S	Código	Lotes
EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES BAXTER	E-5825-IMM	ARC7503	SX11BL2
		ARC7503	SX11BK9
		ARC7503	SX11CC9
		MRC0002p	SE11BM0
		MRC0002p	SE11BH0
		MRC0002p	SE10LD6

La DIGEMID está realizando el seguimiento respectivo para verificar el recojo de los lotes antes señalados, asimismo, se recomienda tener en cuenta esta información, a fin de evitar problemas con el uso de esto equipos.

Se les recuerda a los profesionales de la Salud, reportar las sospechas de incidentes adversos al Sistema Peruano de Farmacovigilancia

Lima, 27 Diciembre 2011